

CNS 15980 防霾(PM2.5)口罩性能指標及試驗方法

檢測項目	測試費用(NT\$)	樣品數	工作天	要求	
8.1 粒狀物防護效果	12000	3	14	必測	
8.2 過濾效率	A法：12000 (次微米)	6	14	必測	由委託者決定
	B法：20000 (PM2.5效率)	6	14	選測	
	A、B法同時測：28000				
8.3 呼吸阻抗	3600	5	14	必測	
8.4 口罩耳帶或頭帶與本體的連接處斷裂強度	2000	5	7	必測	
8.5 呼吸閥蓋牢度	2000	5	7	依樣品	有呼吸閥蓋的就要測
8.6 耐摩擦色牢度	1000	3	7	依樣品	白色不用測, 染色及印花要測
8.7 衍生特定芳香胺之偶氮色料試驗	4000	3	10	依樣品	白色不用測, 染色及印花要測
8.8 游離甲醛含量	2000	3	10	必測	
8.9 pH 值	1200	10	14	必測	依樣品情況決定數量
8.10 環氧乙烷殘留量	15000	3	14	選測	由委託者決定
8.11 生物負荷量	10000	12	14	選測	由委託者決定

總計

80800元

64個

(2020.03.23)

(請提供同款同色的口罩)